

 ESTADO DE SANTA CATARINA SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CNPJ: 82.782.079/0001-14 Telefone: (49) 3555-1107 Endereço: Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz CEP: 89665-000 - Capinzal	Dispensa eletrônica 8/2024
	Número Processo: 26/2024 Data do Processo: 22/04/2024

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO "IN LOCO" DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL À RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E EFLUENTES, DOS LABORATÓRIOS DE ÁGUA E ESGOTO, CONTEMPLANDO ALÉM DOS SERVIÇOS ACIMA, AS DESPESAS COM LOGÍSTICA E DESLOCAMENTO.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 10/2024

Reuniram-se no dia 03/05/2024, as 08:30 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 095/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 26/2024 na modalidade de Dispensa eletrônica. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Decorrido o prazo previsto no § 3º da Lei 14.133/21 com a ampla divulgação nos veículos oficiais (SITE, DOM e PNCP), o agente de contratação e a equipe de apoio informam que receberam propostas adicionais das empresas Ada Instrumentação e Serviços de Calibração, Manutenção e Inspeção Ltda (CNPJ 14.865.362/0001-50) MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipamentos para Laboratório Ltda (CNPJ 00.467.916/0001-56), as quais tiveram seus valores registrados. Assim, informamos que participaram da disputa as seguintes empresas:

Ada Instrumentação e Serviços de Calibração, Manutenção e Inspeção Ltda (CNPJ 14.865.362/0001-50;
 Digidrom Analítica Ltda CNPJ 60.160.546/0001-31;
 Hexis Científica Ltda CNPJ 53.276.010/0001-10;
 Leo Plahtyn Eireli CNPJ 29.367.908/0001-10;
 MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipamentos para Laboratório Ltda (CNPJ 00.467.916/0001-56.

Após o lançamento dos valores, as empresas participantes foram classificadas em ordem crescente, conforme os valores propostos. Na sequência foi analisada a validade da proposta, bem como, a regularidade fiscal por meio da conferência da apresentação e vigência da documentação de habilitação da proponente classificada em primeiro lugar, conforme previsto no item 5 do Aviso de Dispensa Eletrônica. Após análise constatou-se que a empresa atende ao exigido, ficando portando habilitada neste certame. Concluídos os procedimentos relativos à Dispensa Eletrônica nº CAO/08/2024, com base na atribuição descrita no art. 7º do Decreto Municipal nº 142/2023, e considerando que: 1) a proposta da empresa vencedora atende às exigências do edital; 2) a empresa vencedora encontra-se devidamente habilitada quanto à documentação exigida; 3) Não houve manifestação expressa de intenção de interpor recursos. Classifico como vencedora a empresa: MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipamentos para Laboratório Ltda pelo valor total de R\$: 6.000,00.

Valor final geral do processo R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Encaminhamos o processo para Homologação da autoridade competente. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada pela agente de contratação e equipe de apoio

Participante: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de serviços técnicos profissionais para a realização "in loco" de calibração rastreável à RBC (rede brasileira de calibração), manutenção preventiva e corretiva de equipamentos analíticos de controle de qualidade da água e efluentes, dos laboratórios de água e esgoto, contemplando além dos serviços acima, as despesas com logística e deslocamento, sendo: 01 Aparelho espectrofotômetro modelo DR2800 marca HACH. Número de série: 1306611, patrimônio nº 516;	1,000	SER	MAJ LAB	6.000,0000	6.000,00




01 Aparelho espectrofotômetro modelo DR3900 marca HACH. Número de série: 1539493, patrimônio nº 691;
 01 Bureta digital 50 ml, marca tirette Patrimônio 656;
 01 Bureta digital 50 ml, marca Jencons, Patrimônio 377;
 01 Aparelho turbidímetro 2100P marca HACH. Número de série: 010200027685, patrimônio nº 301;
 01 Aparelho turbidímetro 2100Q marca HACH. Número de série: 19050C076168, patrimônio nº 962;
 01 Aparelho turbidímetro TB-44B, marca DIGIMED. Número de série: 54404;
 01 Aparelho turbidímetro TB-44B, marca DIGIMED. Número de série: 54462;
 01 Aparelho turbidímetro TB-44B, marca DIGIMED. Número de série: 54461;
 01 Reator de digestão DRB marca HACH. Número de série: 13060C0341, patrimônio nº 666;
 01 Aparelho phmetro DM 2P marca DIGIMED. Número de série: 52023.;
 01 Aparelho phmetro DM 22 marca DIGIMED. Número de série: 42050;
 01 Medidor de DBO, oxitop, com 6 cabeças, marca MERK. Número de série: 11390645, patrimônio nº 691;
 01 Monitor de coagulante modelo AL TZ, marca DIGIMED. Número de série: 54055.

A empresa responsável pela execução da calibração, deverá emitir relatório de conformidade. Os certificados de conformidade e/ou calibração emitidos deverão apresentar dados de rastreabilidade dos padrões e/ou equipamentos utilizados, bem como, menção aos procedimentos utilizados para a calibração, além dos resultados do procedimento contendo os valores de leitura e incertezas de medição.

Total do Participante: 6.000,00


Total Geral: 6.000,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capinzal, 03/05/2024

EDILSON DOS SANTOS VILARINO

PREGOEIRO



JAKSON ISGANZELA

MEMBRO

