



ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 82.782.079/0001-14 **Telefone:** (49) 3555-1107
Endereço: Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz
CEP: 89665-000 - Capinzal

Dispensa eletrônica
67/2025

Número Processo: 99/2025
Data do Processo: 19/09/2025

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE ESPECTROFOTÔMETRO DR3900 HACH, DE BANCADA, COM FAIXA COMPRIMENTO DE ONDA VISÍVEL (A BASE DE TROCA), PARA LEITURA DE PARÂMETROS ANALÍTICOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NO LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO DA ETA.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 72/2025

Reuniram-se no dia 26/09/2025, as 08:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 001/2025, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 99/2025 na modalidade de Dispensa eletrônica. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Decorrido o prazo previsto no § 3º da Lei 14.133/21 com a ampla divulgação nos veículos oficiais (SITE, DOM e PNCP), a agente de contratação e a equipe de apoio informam que receberam proposta adicional da empresa: Hexis Científica LTDA (CNPJ 53.276.010/0001-10), a qual teve seu valor registrado. Assim, informamos que participaram da disputa as seguintes empresas:

Hexis Científica Ltda (CNPJ 53.276.010/0001-10);
 Científica Comercial Ltda (CNPJ 86.886.348/0001-43)

Após o lançamento dos valores, as empresas participantes foram classificadas em ordem crescente, conforme os valores propostos. Na sequência foram analisadas a validade das propostas, bem como, a regularidade fiscal por meio da conferência da vigência da documentação de habilitação da proponente classificada em primeiro lugar, conforme previsto no item 5 do Aviso de Dispensa Eletrônica. Posteriormente a análise, constatou-se que a empresa atende ao exigido, ficando, portanto, habilitada neste certame.

Concluídos os procedimentos relativos à Dispensa Eletrônica nº DE/67/2025, com base na atribuição descrita no art. 7º do Decreto Municipal nº 142/2023, e considerando que: 1) a proposta da empresa vencedora atende às exigências do edital; 2) a empresa vencedora encontra-se devidamente habilitada quanto à documentação exigida; 3) Não houve manifestação expressa de intenção de interpor recursos. Classifico como vencedora a empresa:

Hexis Científica Ltda (CNPJ 53.276.010/0001-10), conforme especificado no item abaixo.

Encaminhamos o processo para Homologação da autoridade competente. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelo agente de contratação e equipe de apoio.

Participante: HEXIS CIENTIFICA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Espectrofotômetro de bancada modelo DR 3900, marca HACH, com comprimento de onda visível, com as seguintes especificações: Modo de exibição: Transmittância (%), Absorbância e Concentração; Fonte de luz: Lâmpada halógena (Tungstênio); Faixa de Comprimento Onda: 320 - 1100 nm; Precisão do comp. de onda: ± 1.5 ; Capacidade de reprodução do comprimento de onda: $\pm 0.1\text{nm}$; Resolução do comprimento de onda: 1 nm; Calibração do comprimento de onda: Automático; Seleção do comprimento de onda: Automático, baseado na seleção de método; Velocidade de leitura: 8 nm/s (em passos de 1nm); Largura de banda espectral: 5 nm; Faixa de	1,000	UN		34.830,1900	34.830,19

medição fotométrica: ± 3.0 (faixa de comprimento de onda de 340 a 900nm); Precisão fotométrica: 5 m abs a 0.0-0.5 abs -- 1% a 0.50-2.0 Ext; Linearidade fotométrica: < 0.50.5% para 2 Abs -- 1% a > 2 Abs c/ vidro neutro a 546nm; Luz espúria: < 0.1% T a 340nm com NaNO₂. Registro de dados: 2000 leituras (resultado, data, tempo, ID de amostra, ID do usuário); Exportação de dados: para PC em formato .CSV ou .XML; Programas de usuário: 100; Compatibilidade de cubetas: tubos de 13mm (TNTPlus) e 16mm (TNT); cubetas de 10mm/1cm quadrada (Quartzo: 4822800 ou Vidro: 2095100); 50mm/5cm retangular (Quartzo: 2624450 ou Vidro: 2629250); 25mm/1 polegada redonda (2122800); 25mm/1 polegada quadrada (2495402); Conector de alimentação por meio de fonte de alimentação externa: Entrada: 100 a 240 V/50 a 60 Hz -- Saída: 15 V/40 VA; Interfaces: 2x USB tipo A / 1x USB tipo B, 1x Ethernet; Classificação de gabinete: IP40 (excluindo interfaces e fonte de alimentação); Classe de proteção: Classe I; Garantia: 1 ano; Medidas: Largura: 350 mm x Altura: 151 mm x Profundidade: 255 mm - Peso: 4.200 g; Requisitos ambientais de operação: 10 a 40 °C, máximo de 80% de umidade relativa (sem formação de condensação). Requisitos ambientais de armazenamento: 40 a 60 °C, máximo de 80% de umidade relativa (sem formação de condensação).

Acessórios que acompanham o equipamento:

- 1 fonte de alimentação 110-240 V, 50-60Hz
- 1 adaptador "A" para cubeta 25 mm/1 polegada redonda (2122800) e 10 mm/1cm quadrada (Quartzo: 4822800 / Vidro: 2095100)
- 1 capa de proteção
- 1 par de cubetas de vidro 25 mm/1 polegada quadrada (2495402)
- Manual básico do usuário em múltiplas línguas impresso (en, zh, fr, es, pt, jp, kr).
- Equipamento deve ser entregue com calibração rastreável a RBC, com validade mínima de 01 ano.

Total do Participante: 34.830,19

Total Geral: 34.830,19

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capinzal, 26/09/2025

JOSEANI SCHMIDKE GARCIA
AGENTE_CONTRATACAO

EDILSON DOS SANTOS VILARINO
MEMBRO

JAKSON ISGANZELA
MEMBRO

BRUNO VITOR ETGES
MEMBRO
